

Resposta de Esclarecimentos

Preenchimento da Coordenação de Compras

Objeto: Aquisição de Aparelhos de Raios X (Digital e Telecomandado)

Processo nº SEI: 04024-00017049/2025-69

CP nº: 005/2026

Data do recebimento da solicitação de esclarecimento: 18/02/2026

Data de envio ao fornecedor: 20/02/2026

Preenchimento do responsável pela resposta ao esclarecimento

QUESTIONAMENTO 01:

1. SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X TELECOMANDADO – 01 UNIDADE E DO ITEM 02 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL

Solicitamos esclarecimentos a respeito da possibilidade de alterar as especificações técnicas solicitadas em edital, de acordo com as sugestões abaixo:

Ressaltamos que, realizando a alteração técnica aqui sugerida, o edital permitirá a participação de várias empresas ofertando aparelhos médicos com alta qualidade e a mais moderna tecnologia existente para radiologia, entre elas a SHIMADZU, fazendo com que o **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR**, adquiram equipamentos robustos, com ótima qualidade de exames.

ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X TELECOMANDADO	
O EDITAL SOLICITA	SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO
Estação de trabalho: Dois (02) monitores com no mínimo 20"	SUGERIMOS ALTERAR PARA: Estação de trabalho: Dois (02) monitores com no mínimo 19"
Dois (02) monitores LCD para sala de exames de no mínimo 20 polegadas	SUGERIMOS ALTERAR PARA: Estação de trabalho: Dois (02) monitores com no mínimo 19"
Matriz do painel: 2800x2800 (ou maior)	SUGERIMOS ALTERAR PARA: Matriz do painel: 2688x2688 (ou maior)

RESPOSTA 01:

A especificação de monitores com dimensões mínimas foi definida com base em critérios técnicos e assistenciais, considerando: melhor visualização das imagens radiológicas; maior área útil de tela para avaliação diagnóstica; padronização tecnológica adotada pela instituição; Garantia de melhor ergonomia e segurança na operação do equipamento.

Ressaltamos ainda que a especificação estabelecida não restringe a competitividade do certame, havendo ampla disponibilidade no mercado de equipamentos que atendem ao requisito mínimo definido.

QUESTIONAMENTO 02:

ITEM 02 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL	
O EDITAL SOLICITA	SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO
Tecnologia que permita a realização de exames de imagens panorâmicas (coluna total, membros inferiores e escanometria) full digital totalmente automática ou semiautomática , com construção de 3 imagens ou mais	SUGERIMOS ALTERAR PARA: Tecnologia que permita a realização de exames de imagens panorâmicas (coluna total, membros inferiores e escanometria) full digital totalmente automática ou manual , com construção de 3 imagens ou mais.

Salientamos que a SHIMADZU prioriza o bom relacionamento com seus clientes, buscando sempre a excelência nos serviços prestados, sendo assim, esperando o atendimento de nossas solicitações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

RESPOSTA 02:

Em atenção ao questionamento apresentado, esclarecemos que não será acatada a solicitação de alteração da redação constante no edital.

A descrição atualmente prevista já contempla de forma adequada o requisito técnico pretendido pela Administração, não havendo prejuízo de entendimento ou risco de interpretação que comprometa a elaboração das propostas ou a execução do objeto.

Responsável pelo processo:

Cláudia Maria da Costa
Analista Trainee de Compras