

## Resposta de Esclarecimentos

### Preenchimento da Coordenação de Compras

**Objeto:** Aquisição de lavadoras ultrassônicas destinadas à Central de Material e Esterilização (CME)

**Processo nº SEI:** 04024-00016285/2025-68

**CP nº:** 007/2026

**Data do recebimento da solicitação de esclarecimento:** 30/01/2026

**Data de envio ao fornecedor:** 02/02/2026

### Preenchimento do responsável pela resposta ao esclarecimento

#### QUESTIONAMENTO 01:

Nossa dúvida é quanto a exigência de sistema de coleta de dados dos ciclos executados e armazenados serem feitos unicamente através de PORTA USB, sendo que existem outras formas mais modernas e atuais de coleta dessas informações armazenadas no sistema de controle, como por exemplo, via rede WI-FI.

Desta forma, solicitamos esclarecer se o sistema de transmissão de dados que estão armazenados no sistema de controle poderá ser o WI-FI (onde é possível conectar ao smartphone ou computador local) ao invés de compact flash físicos com o USB.

#### RESPOSTA 01:

Em esclarecimento, informamos que a exigência quanto à coleta e armazenamento dos dados dos ciclos tem por finalidade garantir a rastreabilidade das informações. Assim, serão aceitas tecnologias de padrão superior, como a transmissão de dados via WI-FI, em substituição ao uso exclusivo de porta USB, desde que assegurada a integridade e a confiabilidade dos dados armazenados.

Responsável pelo processo:

Aline Silva Santos  
Analista de Compras