

Resposta de Esclarecimentos

Preenchimento da Coordenação de Compras

Objeto: Aquisição de acessórios para atendimento as demandas assistenciais (Bateria Íon de Lítio, Lâmpada UVB , Filtro de Ar para Incubadora), em Sistema de Registro de Preço

Processo nº SEI: 04024-00004849/2026-09

CP nº: 151/2026

Data do recebimento da solicitação de esclarecimento: 05/06/2026

Data de envio ao fornecedor: 08/06/2026


Preenchimento do responsável pela resposta ao esclarecimento

QUESTIONAMENTO:

Me chamo Gabriela, sou representante da Moramed. Poderia enviar uma foto ou referência original dessa bateria?

BATERIA ÍON DE LÍTIO, TENSÃO NOMINAL DC 10,95V, CAPACIDADE EM MILIAMPÈRE-HORA 2500,AH, ENERGIA TOTAL 27,38WH. INDICAÇÃO: PARA MONITORES MINDRAY VS8. (NECESSÁRIO QUE SEJA PARA OS MONITORES DA MARCA MINDRAY, MODELO VS8)

RESPOSTAS:



Responsável pelo processo:

Claudia Costa
Analista de Compras