

Resposta de Esclarecimentos

Preenchimento da Coordenação de Compras

Objeto: Aquisição de Insumo de laboratório (Álcool Etílico, Beads Magnéticas, Corante Sybr, ...), em Sistema de Registro de Preços

Processo nº SEI: 04024-00007954/2026-91

CP nº: 050/2026

Data do recebimento da solicitação de esclarecimento: 26/06/2026

Data de envio ao fornecedor: 06/07/2026

Preenchimento do responsável pela resposta ao esclarecimento

QUESTIONAMENTO:

Item 31194 - Aceitam similar com tampão 5x e tamanho de amplicon até 3kb?

RESPOSTA:

Trata-se do item Kit Platinum Taq DNA Polymerase Brasil, da marca Invitrogen, número de catálogo 10966, com tecnologia Hot Start, composto por enzima, tampão de PCR e $MgCl_2$. O item em questão está diretamente relacionado ao objeto descrito e encontra-se padronizado associado aos testes de apoio assistencial e diagnóstico. Dessa forma, é necessário manter integralmente as especificações indicadas no descritivo técnico, não sendo admitida a substituição por itens similares.

Responsável pelo processo:

Helen Albuquerque Silveira
Analista de Compras