

## Resposta de Esclarecimentos

### Preenchimento da Coordenação de Compras

**Objeto:** Aquisição de Aparelhos de Raios X (Digital e Telecomandado)

**Processo nº SEI:** 04024-00017049/2025-69

**CP nº:** 005/2026

**Data do recebimento da solicitação de esclarecimento:** 02/02/2026

**Data de envio ao fornecedor:** 03/02/2026

### Preenchimento do responsável pela resposta ao esclarecimento

#### QUESTIONAMENTO 01:

#### 1. SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X TELECOMANDADO – 01 UNIDADE E DO ITEM 02 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL

1.1. Solicitamos esclarecimentos a respeito da possibilidade de alterar as especificações técnicas solicitadas em edital, de acordo com as sugestões abaixo:

Ressaltamos que, realizando a alteração técnica aqui sugerida, o edital permitirá a participação de várias empresas ofertando aparelhos médicos com alta qualidade e a mais moderna tecnologia existente para radiologia, entre elas a SHIMADZU, fazendo com que o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR, adquiram equipamentos robustos, com ótima qualidade de exames.

ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X TELECOMANDADO	
O EDITAL SOLICITA	SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO
Distância foco-filme ajustável, motorizado ou manual, e com limite inferior de: 115cm ou menor e limite superior de 150cm ou maior, com a mesa na horizontal.	<b><u>SUGERIMOS ALTERAR PARA:</u></b> Distância foco-filme ajustável, motorizado ou manual, e com limite inferior de: 115cm ou menor e limite superior ou igual de 150cm, com a mesa na horizontal

Tamanho do pixel: 150µm ou menor	<b>SUGERIMOS ALTERAR PARA:</b> Atendemos com tamanho de pixel de <b>160µm</b>
Dimensões do tampo de no mínimo 210 x 80 cm	<b>SUGERIMOS ALTERAR PARA:</b> Dimensões do tampo de no mínimo 235 x 76,5 cm
Suporte ou berço pediátrico para realização de exames de vídeo de glutograma em bebês, com capacidade de carga de até 10 kg	<b>SUGERIMOS ALTERAR PARA:</b> Suporte de pés com ajuste vertical ou berço pediátrico para realização de exames de vídeo de glutograma em bebês, com capacidade de carga de até 10 kg.  Normalmente esse exame é realizado com o bebê no colo da mãe, o suporte de pés é ajustado verticalmente de maneira que a mãe consiga sentar, ela coloca o bebê no colo e realiza o exame com mais segurança.

### RESPOSTA 01:

**Distância foco- filme:** Será realizado alteração no edital, conforme sugestão.

**Tamanho do pixel:** o tamanho de pixel especificado no edital está diretamente relacionado à resolução espacial necessária para a adequada visualização de estruturas anatômicas finas, garantindo precisão diagnóstica nos diferentes perfis de exames realizados pela instituição. A manutenção do descritivo original assegura a padronização da qualidade de imagem, a reprodutibilidade dos exames e a compatibilidade com os protocolos clínicos adotados, sem impacto negativo nos fluxos assistenciais e operacionais. Dessa forma, mantém-se o descritivo técnico estabelecido no edital.

**Dimensões do tampo:** Será realizado alteração no edital.

**Suporte ou berço pediátrico:** O requisito já é plenamente atendido conforme descrito no edital, contemplando a realização de exames de glutograma em bebês, com capacidade de carga compatível, não sendo necessária alteração do texto técnico.

ITEM 02 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL	
O EDITAL SOLICITA	SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO
ESTATIVA PORTA-TUBO TIPO CHÃO/MESA, CHÃO-CHÃO OU CHÃO/TETO	<b>SUGERIMOS ALTERAR PARA:</b> ESTATIVA PORTA-TUBO TIPO CHÃO/MESA, CHÃO-CHÃO, CHÃO/TETO OU TETO.
Permitindo posicionamento de 35 cm ou inferior a 175 cm ou superior (Deslocamento mínimo de 1,4m), referência do centro do Bucky ao piso.	<b>SUGERIMOS ALTERAR PARA:</b> bucky mural possui distância entre o centro do dispositivo Bucky e a superfície do piso de 38 cm a 188cm.

### RESPOSTA 02:

**Tipo de estativa:** Não há interesse institucional na aceitação de estativa do tipo teto, considerando as necessidades assistenciais, operacionais e de infraestrutura da unidade. Mantém-se, portanto, o descritivo original do edital.

**Bucky mural:** Será realizado alteração no edital.

Responsável pelo processo:

Cláudia Maria da Costa  
Analista Trainee de Compras

Anexo de: «resp\_form\_8»