

Resposta de Esclarecimentos

Preenchimento da Coordenação de Compras

Objeto: Aquisição de Aparelhos de Raios X (Digital e Telecomandado)

Processo nº SEI: 04024-00017049/2025-69

CP nº: 005/2026

Data do recebimento da solicitação de esclarecimento: 09/02/2026

Data de envio ao fornecedor: 09/02/2026

Preenchimento do responsável pela resposta ao esclarecimento

QUESTIONAMENTO:

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

Solicita o descritivo: e cabo reserva para possível conexão com fio

Esclarecimento: Informamos que o equipamento ofertado não possui cabo reserva para o detector sem fio. Este detector é 100% Wireless. Podemos entender que não seremos desclassificados?

RESPOSTA:

Conforme disposto no descritivo técnico — *“Dois detectores DR planos, sendo no mínimo 01 (um) com transmissão de dados sem fio (wireless) e cabo reserva para possível conexão com fio, caso seja necessário”* — entende-se que a exigência do cabo reserva aplica-se apenas na hipótese de necessidade de conexão com fio.

Dessa forma, considerando a justificativa apresentada e o fato de o detector ofertado ser 100% wireless, a ausência do cabo reserva não configura, por si só, motivo para desclassificação, sendo a proposta aceita.

Responsável pelo processo:

Cláudia Maria da Costa
Analista Trainee de Compras