

**PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HCB ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR**  
**Plano de Trabalho 013/2023**

**1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR**

**Propositor:** Emenda de Bancada Federal

**Código:** Emenda Federal de Bancada conforme Processo SEI 00060-00239101/2023-50

**GND:** 445042

**Tipo de despesa:** INVESTIMENTO

**Valor Total:** R\$ 13.760.179,00 (treze milhões setecentos e sessenta mil cento e setenta e nove reais).

**Descrição:** Aquisição de equipamento para qualificação do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB)

**2 – OBJETO E JUSTIFICATIVA**

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) é uma unidade de assistência de alta complexidade (UNACON), parte da rede pública de saúde do Distrito Federal, que dentro de seu escopo de atendimento possui as especialidades de oncologia, hematologia, cuidados paliativos, transplante de medula-óssea, cirurgia oncológica, reumatologia e nefrologia. O presente Plano de Trabalho tem como objeto a aquisição de equipamento para a qualificação e complementação do parque tecnológico disponível para os serviços oferecidos à comunidade pelo HCB.

Em 2011 o HCB inaugurou seu bloco ambulatorial que já contava, desde o início, com atendimento médico e multidisciplinar, em regime ambulatorial, destinado a pacientes pediátricos portadores de doenças complexas da infância. Para que a atenção à saúde desses pacientes se desse de forma integral, com acesso ao diagnóstico em tempo adequado contamos com suporte de análises clínicas, laboratório de biologia molecular, diagnóstico por imagem e laboratórios de provas funcionais.

Este plano de trabalho tem como objeto a aquisição de equipamentos para atualização tecnológica do Serviço de Endoscopia do HCB, na modalidade de vídeo-endoscopia digestiva para diagnóstico avançado e complementar nas especialidades atendidas pelo hospital.

**2.1. Serviço de Videoendoscopia Digestiva**

O exame de endoscopia digestiva alta é capaz de visualizar o esôfago, estômago e duodeno. Já o exame de endoscopia digestiva baixa ou a colonoscopia visualiza o intestino grosso. Os exames endoscópicos digestivos são indicados quando exames laboratoriais ou de imagem não esclarecerem o diagnóstico da criança. Há ainda situações em que a endoscopia digestiva está indicada em caráter de urgência, como nos casos de hemorragia digestiva.

O HCB como unidade de referência e terciária, disponibiliza atendimento em diversas especialidades médicas, incluindo o Serviço de Gastrohepatologia, que conta com a realização de endoscopias digestivas altas e baixas, diagnósticas e terapêuticas.

Em pediatria os diagnósticos predominantes identificados por meio das endoscopias digestivas são as doenças funcionais, cujos sintomas mais frequentes são a dor abdominal e a diarreia. A endoscopia é o principal procedimento para o tratamento de crianças que ingeriram corpos estranhos, como pequenos objetos (moedas, pilhas, baterias, entre outros) que ficam parados no esôfago ou estômago da criança oferecendo risco de importantes complicações no aparelho digestivo.

As endoscopias digestivas terapêuticas estão indicadas para crianças portadoras de varizes esofágicas, que são consequência das doenças hepáticas graves e da hipertensão portal que pode levar os pacientes à morte quando há sua ruptura. Assim o uso rotineiro de endoscopia digestiva alta (EDA) visa diagnosticá-las precocemente e tratá-las com a profilaxia de sangramentos digestivos.

As colonoscopias, indicadas no diagnóstico e/ou tratamento das patologias do trato gastrointestinal baixo pela avaliação do reto, cólon e, na maior parte dos casos, do íleo terminal esclarecendo os locais e as causas das hemorragias, bem como o tipo, a extensão e a intensidade das colopatias inflamatórias. Além disso, a colonoscopia tem também indicação terapêutica podendo substituir intervenções cirúrgicas e reduzindo consideravelmente a morbidade e a mortalidade em pacientes pediátricos.

Justifica-se assim a aquisição de sistema de vídeo endoscopia digestiva, para estruturar a quantidade necessária de equipamentos para atender as agendas de exames e mitigar os riscos de suspensão ou redução de agendas quando houver a parada de um equipamento para manutenção, a partir da manutenção de reserva técnica. Além disso, a complementação do parque de endoscópios permitirá manutenção do volume de endoscopias digestivas altas e baixas, quando os equipamentos atuais atingirem o final do ciclo de vida, conforme já informado pelo fabricante, que beneficiando significativamente crianças e adolescentes acometidos por condições e/ou doenças complexas do aparelho digestivo.

**3 – OBJETIVO**

Aquisição de equipamentos para qualificação do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), como Centro de Referência em Diagnóstico e Pesquisa de Doenças Raras, Oncológicas e Hematológicas Pediátricas bem como em outras especialidades que caracterizam o hospital como uma unidade de referência em assistência de alta complexidade em pediatria, com objetivo de ampliar a precisão diagnóstica e a capacidade terapêutica, aumentando as taxas de cura, no contexto do Sistema de Saúde Único do Brasil.

Este Plano de Trabalho está alinhado diretamente com os seguintes Objetivos Estratégicos do HCB: 05. Proporcionar atendimento de excelência aos usuários (assistência segura, integral, eficaz e humanizada); 09. Elevar padrão de excelência na gestão e na qualidade da assistência e 10. Garantir estrutura e suporte para execução das atividades

Assim, propõe-se adquirir a partir do conjunto das emendas de bancada disponíveis, o(s) equipamento(s) abaixo descrito(s).

**4 - EQUIPAMENTOS SOLICITADOS:**

**4.5 Serviço de Vídeo Endoscopia Digestiva**

| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR      | QTDE | VALOR UNIT. (R\$) | VALOR TOT |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA                      | 01   | 300.000,00        | 3         |
| VIDEOGASTROSCÓPIO - ENDOSCOPIA ALTA - NEONATAL   | 02   | 160.000,00        | 3         |
| VIDEOGASTROSCÓPIO - ENDOSCOPIA ALTA - PEDIÁTRICO | 03   | 130.000,00        | 3         |
| VIDEOGASTROSCÓPIO - ENDOSCOPIA ALTA - ADULTO     | 01   | 130.000,00        | 1         |
| VIDEOCOLONOSCOPIO - ENDOSCOPIA BAIXA - NEONATAL  | 01   | 240.000,00        | 2         |

|                                                   |    |            |            |
|---------------------------------------------------|----|------------|------------|
| VIDEOCOLONOSCÓPIO - ENDOSCOPIA BAIXA - PEDIÁTRICO | 01 | 130.000,00 | 1          |
| VIDEOCOLONOSCÓPIO - ENDOSCOPIA BAIXA - ADULTO     | 01 | 130.000,00 | 1          |
| VIDEODUODENOSCÓPIO - PEDIÁTRICO                   | 01 | 105.000,00 | 1          |
| ARMÁRIO DUPLO PARA ARMAZENAGEM DE ENDOSCÓPIOS     | 01 | 8.000,00   |            |
| CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ENDOSCÓPIO SUJO       | 01 | 6.500,00   |            |
| CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ENDOSCÓPIO LIMPO      | 01 | 6.500,00   |            |
| <b>SOMA DO PROJETO VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA</b>  |    |            | <b>1.7</b> |

## 5 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

### 5.1. SISTEMA DE VÍDEO PARA APARELHO DE ENDOSCOPIA

**Quantidade: 01 (Hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 300.000,00**

**Descrição Resumida:** sistema de vídeo para aparelho de Endoscopia Digital com Torre Endoscópica completa composta por processadora de imagens (1), fonte de luz (2), monitor de vídeo (3), *troller ou estante* (4), aspirador de secreção 1,5 litros (5) e *nobreak* (6). Deve possuir sistema de imagem de banda estreita que realça em um tom acinzentado os vasos mais superficiais, e em um tom mais azul-esverdeado, os vasos mais profundos, em contraste com as áreas circunvizinhas, avasculares, mais escuras. Compatível com endoscópios não digitais e digitais. Saídas HD/SD SDI para transmissão de imagens em alta resolução (tecnologia *full HD*). Lâmpada Xenon 300W. Ajuste automático do branco. Lâmpada de Emergência – 75W. Fácil operação. Deve possuir sistema de laudo e captura HD sem Fio e Teste de Vedação.

**PROCESSADORA DE IMAGENS** (1): Processamento digital com geração de imagens colorida de alta resolução/definição, tecnologia de cromoscopia eletrônica ou óptica, dispositivo para gravação de imagens no próprio equipamento (por entrada USB) em formato TIFF sem compressão e JPEG, saída de sinal de vídeo HDTV (saída analógica, SD-SDI e DVI). Compatibilidade com sistemas de vídeo PAL ou NTSC, função para ajuste de cor, contraste, nitidez, brilho e realce. Controle eletrônico de zoom, controle de ganho automático, congelamento de imagem, modo íris, teclado para inclusão de dados do paciente (nome, data de nascimento, idade, sexo, horário do exame e comentários). Deve possuir configuração de melhoria de imagens com realce estrutural ou de borda, filtro redutor de ruído, alimentação elétrica, frequência: 60 Hz, proteção contra choque elétrico, backup de memória. Deve ser acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, e demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento. Deve possuir registro ANVISA.

**FONTE DE LUZ** (2): com lâmpada tipo XENON, sem ozônio, mínimo de 300W, com vida útil aproximada de 500 horas, resfriamento por ar forçado, controle do nível da intensidade luminosa, deve possuir ajuste automático de brilho, iluminação de emergência, alimentação elétrica, frequência: 50/60 Hz, bomba de insuflação de ar e água integrada, alternância de ao menos 3 (três) níveis pressão de fornecimento de ar, possibilidade de conversão de cor por filtros específicos, proteção contra choque elétrico. Deve vir acompanhada de todos os cabos, conectores, adaptadores, e demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento. Deve possuir registro ANVISA.

**MONITOR DE VÍDEO** (3): monitor de vídeo digital de alta definição, colorido tipo LCD/LED, para uso médico, compatível com a câmera de vídeo e processadoras de imagem. Tela plana com dimensão diagonal mínima: 24 (vinte e quatro) polegadas. Compatível com sistemas PAL ou NTSC. Entrada de sinal de vídeo compatível com as saídas de vídeo da processadora: DVI, HDSOI e RGB ou VBS. Certificado de acordo com a IEC 60601-1. Resolução mínima: 1.920 x 1.080. Controle para ajuste de contraste, cor, brilho e configuração da tela. Alimentação elétrica. Frequência: 60 Hz. Deve possuir registro ANVISA.

**TROLLER (RACK)** (4): construído em material metálico não oxidável, de base antioxidante e pintura eletrostática, dotado de rodízios de borracha, ou similar, com diâmetro mínimo de 03 (três) polegadas e sistema de freios / travas. Divisões (prateleiras) para armazenamento de todos os aparelhos do sistema, sendo a superior para monitor de vídeo. Deve possuir fixador para monitor de vídeo, suporte externo para dois tubos endoscópicos, no mínimo.

**NOBREAK** (6): compatível com o sistema de vídeo endoscopia, com Processador Digital de Sinais (DSP), onda senoidal, entrada Bivolt Automática. Deve possuir quantidade de tomadas adequada ao número de equipamentos do sistema com capacidade para aumentar todo o conjunto, autonomia mínima de 30 minutos e frequência: 60 Hz.

### 5.2. VIDEOGASTROSCÓPIO - ENDOSCOPIA ALTA - NEONATAL

**Quantidade: 02 (dois)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 160.000,00**

**Descrição Resumida:** Videogastrosκόpio pediátrico, tipo flexível, para uso em procedimentos de endoscopia no trato gastrointestinal superior em pacientes pediátricos, compatibilidade total para uso em conjunto com Sistema de Videoendoscopia descrito no item 5.1. Compatível com sistema de cromoscopia, sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta resolução, com direção visual frontal, campo de visão de no mínimo 140°, profundidade de visão de 3 a 100 mm, com canal de instrumento para uso de pinças de biópsia. Deve possuir tubo de inserção com comprimento de trabalho de no mínimo 1.100 mm, e diâmetro externo de no máximo 8,5 mm e distal de 8,8 mm. O diâmetro aproximado do canal de trabalho deve ser de 2,8 mm, com seção flexionável com movimentações mínimas - *angulação para cima de no mínimo 210° e para baixo de no mínimo 90° e angulação para esquerda de no mínimo 100° e para direita de no mínimo 100°*. Características adicionais para zoom eletrônico. Deve possuir conector resistente à água, que não requeira tampa de vedação e permitir a operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas. Compatível com processo de desinfecção por imersão em solução desinfetante. Deve vir acompanhado no mínimo os seguintes acessórios: 02 (duas) pinças de Biópsia Autoclavável à Alta Temperatura (121°C ou 135°C); 02 (duas) escovas de limpeza; 01 (um) adaptador para limpeza do canal, e 01 (uma) mala para transporte e acondicionamento do equipamento, bem como dos demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir registro na ANVISA.

### 5.3. VIDEOGASTROSCÓPIO - ENDOSCOPIA ALTA - PEDIÁTRICO

**Quantidade: 01 (hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 130.000,00**

**Descrição Resumida:** Videogastrosκόpio pediátrico, tipo flexível, para uso em procedimentos de endoscopia no trato gastrointestinal superior em pacientes pediátricos, compatibilidade total para uso em conjunto com Sistema de Videoendoscopia descrito no item 5.1. Compatível com sistema de cromoscopia, sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta resolução, com direção visual frontal. Conector de encaixe único, botão para congelamento e captura de imagens, ângulo de visão de 140°, direção visual frontal, profundidade de campo visual de 2 ~100 mm, diâmetro da ponta distal de 9.2mm, diâmetro externo de 9.3mm, diâmetro do canal de 2.8mm, comprimento total de 1.400mm, comprimento de trabalho de 1.100mm, Ângulo de deflexão para cima 210°, para baixo 90°, para direita 100°, para esquerda 100°, corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas. Características adicionais para zoom eletrônico. Deve possuir conector resistente à água, que não requeira tampa de vedação e permitir a operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas. Compatível com processo de desinfecção por imersão em solução desinfetante. Deve vir acompanhado no mínimo os seguintes acessórios: 02 (duas) pinças de Biópsia Autoclavável à Alta Temperatura (121°C ou 135°C); 02 (duas) escovas de limpeza; 01 (um) adaptador para limpeza do canal, e 01 (uma) mala para transporte e acondicionamento do equipamento, bem como dos demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir registro na ANVISA.

### 5.4. VIDEOGASTROSCÓPIO - ENDOSCOPIA ALTA - ADULTO

**Quantidade: 01 (hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 130.000,00**

**Descrição Resumida:** Videogastrosκόpio adulto, tipo flexível, para uso em procedimentos de endoscopia no trato gastrointestinal superior em pacientes pediátricos, compatibilidade total para uso em conjunto com Sistema de Videoendoscopia descrito acima. Compatível com sistema de cromoscopia, sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta resolução, com direção visual frontal. Conector de encaixe único, botão para congelamento e captura de imagens, ângulo de visão de 140°, direção visual frontal, profundidade de campo visual de 2 ~100 mm, diâmetro da ponta distal de 9.2mm, diâmetro externo superior a 9.5mm, diâmetro do canal de 2.8mm, comprimento total de 1.400mm, comprimento de trabalho de 1.100mm, Ângulo de deflexão para cima 210°, para baixo 90°, para direita 100°, para esquerda 100°, corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas. Características adicionais para zoom eletrônico. Deve possuir conector resistente à água, que não requeira tampa de vedação e permitir a operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas. Compatível com processo de desinfecção por imersão em solução desinfetante. Deve vir acompanhado no mínimo os seguintes acessórios: 02 (duas) pinças de Biópsia Autoclavável à Alta Temperatura (121°C ou 135°C); 02 (duas) escovas de limpeza; 01 (um) adaptador para limpeza do canal, e 01 (uma) mala para transporte e acondicionamento do equipamento, bem como dos demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Deve possuir registro na ANVISA.

## 5.5. VIDEOCOLONOSCÓPIO - ENDOSCOPIA BAIXA - NEONATAL

**Quantidade: 01 (hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 240.000,00**

**Descrição Resumida:** Videocolonoscópio neonatal, fino, tipo flexível, para uso em procedimentos de endoscopia no trato gastrointestinal inferior, observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação. CCD colorido de 410.000 pixels; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas. Compatibilidade total para uso em conjunto com Sistema de Videoendoscopia descrito no item 5.1. Compatível com sistema de cromoscopia. Canal auxiliar de ar/água e deve possuir sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta resolução. Direção visual frontal, campo de visão de no mínimo 140°, profundidade de visão menor ou igual a 4 mm quando mais próximo e maior ou igual a 100 mm quando mais distante da imagem de interesse. Deve possuir canal de instrumento para uso de pinças de biópsia e tubo de inserção flexível de comprimento total de 1.990mm, comprimento funcional de 1.690 mm, diâmetro externo de 11,1 mm, Diâmetro do canal de trabalho de 3.2 mm, diâmetro distal de 11.0 mm. Óptica com visão frontal, ângulo de visão de 140°, profundidade de campo de 3~100 mm, 02 Guias de iluminação. Ângulo de deflexão para cima de 180°, para baixo de 180°, para direita 160° e para esquerda 160°. Deve conter botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos, imagem tela cheia no monitor compatível com tecnologia de cromoscopia virtual. Deve possuir conector resistente à água, que não requeira tampa de vedação e permitir a operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas. Sistema de zoom eletrônico. Compatível com processo de desinfecção por imersão em solução desinfetante. Deve ser compatível com sistemas de tratamento a laser e bisturis eletrônicos. Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 02 (duas) pinças de Biópsia Autoclavável à Alta Temperatura (121°C ou 135°C); 02 (duas) escovas de limpeza; 01 (um) adaptador para limpeza do canal, e 01 (uma) mala para transporte e acondicionamento do equipamento, bem como os demais acessórios. Deve possuir registro na ANVISA.

## 5.6. VIDEOCOLONOSCÓPIO - ENDOSCOPIA BAIXA - PEDIÁTRICO

**Quantidade: 01 (hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 130.000,00**

**Descrição Resumida:** Videocolonoscópio Pediátrico, tipo flexível, para uso em procedimentos de endoscopia no trato gastrointestinal inferior, com compatibilidade total para uso em conjunto com Sistema de Videoendoscopia descrito no item 5.1. Compatível com sistema de cromoscopia. Canal auxiliar de ar/água e deve possuir sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta resolução. Direção visual frontal, campo de visão de no mínimo 140°, profundidade de visão menor ou igual a 4 mm quando mais próximo e maior ou igual a 100 mm quando mais distante da imagem de interesse. Deve possuir canal de instrumento para uso de pinças de biópsia e tubo de inserção com comprimento de trabalho de no mínimo 1.680 mm, e diâmetro externo menor ou igual a 11,8 mm. Diâmetro aproximado do canal de trabalho deve ser de diâmetro não inferior a 3,2 mm. Ponta distal de diâmetro menor ou igual a 11,7 mm. Seção flexionável com as movimentações mínimas - deflexões maiores ou iguais a 180° para cima e para baixo, maiores ou iguais a 160° para a esquerda e para a direita. Deve possuir conector resistente à água, que não requeira tampa de vedação e permitir a operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas. Sistema de zoom eletrônico. Compatível com processo de desinfecção por imersão em solução desinfetante. Deve ser compatível com sistemas de tratamento a laser e bisturis eletrônicos. Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 02 (duas) pinças de Biópsia Autoclavável à Alta Temperatura (121°C ou 135°C); 02 (duas) escovas de limpeza; 01 (um) adaptador para limpeza do canal, e 01 (uma) mala para transporte e acondicionamento do equipamento, bem como os demais acessórios. Deve possuir registro na ANVISA.

## 5.7. VIDEOCOLONOSCÓPIO - ENDOSCOPIA BAIXA - Adulto

**Quantidade: 01 (hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 130.000,00**

**Descrição Resumida:** Videocolonoscópio Adulto, tipo flexível, para uso em procedimentos de endoscopia no trato gastrointestinal inferior, com compatibilidade total para uso em conjunto com Sistema de Videoendoscopia descrito no item 5.1. Compatível com sistema de cromoscopia. Canal auxiliar de ar/água e deve possuir sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta resolução. Direção visual frontal, campo de visão de no mínimo 140°, profundidade de visão menor ou igual a 4 mm quando mais próximo e maior ou igual a 100 mm quando mais distante da imagem de interesse. Deve possuir canal de instrumento para uso de pinças de biópsia e tubo de inserção com comprimento de trabalho de no mínimo 1.680 mm, e diâmetro externo menor ou igual a 13,5 mm. Diâmetro aproximado do canal de trabalho deve ser de diâmetro não inferior a 3,6 mm. Ponta distal de diâmetro aproximado de 13 mm. Seção flexionável com as movimentações mínimas - deflexões maiores ou iguais a 180° para cima e para baixo, maiores ou iguais a 160° para a esquerda e para a direita. Deve possuir conector resistente à água, que não requeira tampa de vedação e permitir a operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas. Sistema de zoom eletrônico. Compatível com processo de desinfecção por imersão em solução desinfetante. Deve ser compatível com sistemas de tratamento a laser e bisturis eletrônicos. Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 02 (duas) pinças de Biópsia Autoclavável à Alta Temperatura (121°C ou 135°C); 02 (duas) escovas de limpeza; 01 (um) adaptador para limpeza do canal, e 01 (uma) mala para transporte e acondicionamento do equipamento, bem como os demais acessórios. Deve possuir registro na ANVISA.

## 5.8. VIDEODUODENOSCÓPIO - PEDIÁTRICO

**Quantidade: 01 (hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 130.000,00**

**Descrição Resumida:** Videoduodenoscópio pediátrico, para uso em procedimentos de endoscopia do trato digestivo superior. Compatibilidade total para uso em conjunto com Sistema de Videoendoscopia descrito no item 5.1. Compatível com sistema de cromoscopia. Deve possuir sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta resolução. Campo de visão 100°, profundidade de visão de 5 a 60mm. Deve possuir canal de instrumento para uso de pinças de biópsia e tubo de inserção com comprimento de trabalho de no mínimo 1.240mm e diâmetro externo de no mínimo 13,2mm. Deve possuir seção flexionável com movimentações mínimas – *angulação para cima de no mínimo 120° e para baixo de no mínimo 90°, angulação para esquerda de no mínimo 100° e para direita de no mínimo 90°*. Deve possuir tampa de vedação que permita imersão em líquidos. Deve permitir operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas. Deve permitir desinfecção por imersão em solução desinfetante. Deve vir acompanhada dos acessórios: 02 (duas) pinças de Biópsia Autoclavável à Alta Temperatura (121°C ou 135°C); 02 (duas) escovas de limpeza; 01 (um) adaptador para limpeza do canal, e 01 (uma) mala para transporte e acondicionamento do equipamento, bem como os demais acessórios. Deve possuir registro na ANVISA.

## 5.9. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ENDOSCÓPIO SUJO

**Quantidade: 01 (hum)**

**Valor estimado (unitário): R\$ 6.500,00**

**Descrição Resumida:** carrinho para transporte de endoscópio sujo que possibilita o transporte dos endoscópios contaminados em espaço fechado e livre do contato com o meio ambiente, em atendimento a RDC 15. Produzido em material resistente, com altura de aproximadamente 120cm, largura de aproximadamente 81cm, com identificação externa indicativa de material contaminado, com cubas em formato anatômico e forradas que proporcionem o correto acondicionamento para proteção e transporte dos endoscópios e acessórios, com 4 rodízios, sendo no mínimo 2 com freios, com puxador lateral para facilitar a locomoção, com tampa que promova o transporte seguro em ambiente fechado, inibindo a dispersão de microorganismos dos endoscópios contaminados, estar de acordo com as legislações vigentes.

## 5.10. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ENDOSCÓPIO LIMPO

Quantidade: 01 (hum)

Valor estimado (unitário): R\$ 6.500,00

**Descrição Resumida:** carrinho para transporte de endoscópio limpo que possibilita o transporte dos endoscópios em espaço fechado e livre do contato com o meio ambiente, em atendimento a RDC 15. Produzido em material resistente, com altura de aproximadamente 120cm, largura de aproximadamente 81cm, com identificação externa indicativa de material limpo, com cubas em formato anatômico e forradas que proporcionem o correto acondicionamento para proteção e transporte dos endoscópios e acessórios, com 4 rodízios, sendo no mínimo 2 com freios, com puxador lateral para facilitar a locomoção, com tampa que promova o transporte seguro em ambiente fechado, estar de acordo com as legislações vigentes.

## 5.11. ARMÁRIO DUPLO PARA ARMAZENAMENTO DE ENDOSCÓPIOS

Quantidade: 01 (hum)

Valor estimado (unitário): R\$ 8.000,00

**Descrição Resumida:** armário duplo para armazenamento de endoscópios que possibilita o correto armazenamento dos endoscópios em espaço adequado. Produzido em material resistente, preferencialmente em aço carbono ou equivalente nas laterais, sendo estas com abertura para ventilação. Com dimensões externas de aproximadamente: (2.1metros de altura, 1.1metros de largura e 60cm de profundidade), altura útil compatível com endoscópios de até 2,0metros. Com magazines internos giratórios com regulagem de altura e com empunhadura adequada ao corpo dos endoscópios, capacidade de acondicionamento de no mínimo 12 (endoscópios/colonoscópios), Portas com chave e abertura de 270º, com 4 rodízios, sendo no mínimo 2 com freios, com pintura eletrostática ou equivalente em acabamento e resistência, estar de acordo com as legislações vigentes.

## 6 - DADOS FINANCEIROS

Valor total do projeto: ..... R\$ 1.766.000,00

Etapa / Fase: Implementação e Desembolso em fase ÚNICA

## 7 - AUTORES DA PROPOSTA

Hospital da Criança de Brasília José Alencar

Diretoria Administrativa/ Gerência de Engenharia Clínica e Infraestrutura

Luis Antônio Glowacki

Telefone: (61) 3025 8681

E-mail: [luis.glowacki@hcb.org.br](mailto:luis.glowacki@hcb.org.br)

Diretoria Administrativa e Financeira

Genésio Vicente

Telefone: (61) 3025 8973 ou Celular (61) 98130.1459

E-mail: [genesio.vicente@hcb.org.br](mailto:genesio.vicente@hcb.org.br)

Diretoria de Práticas Assistenciais

Simone Prado de Lima de Miranda

Telefone: (61) 3025-8612

E-mail: [simone.miranda@hcb.org.br](mailto:simone.miranda@hcb.org.br)

## 8 - CONTATOS

NOME: Genésio Vicente

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro

TELEFONE: (61) 3025 8973 ou Celular (61) 98130.1459

E-mail: [genesio.vicente@HCB.org.br](mailto:genesio.vicente@HCB.org.br)

De acordo,

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

VALDENIZE TIZIANI

Superintendente Executiva



Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO GLOWACKI - Matr.0000269-3, Gerente de Infraestrutura**, em 27/07/2023, às 17:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GENESIO VICENTE - Matr.0000220-0, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 27/07/2023, às 18:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE PRADO DE LIMA DE MIRANDA - Matr.0000122-1, Diretor(a) de Assistência**, em 28/07/2023, às 11:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALDENIZE TIZIANI - Matr.0000065-4, Superintendente Executivo(a)**, em 28/07/2023, às 17:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **118558748** código CRC= **98D247B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

AENW 3, Lote A - Setor Noroeste (ao lado do Hospital de Apoio) - Bairro Brasília - CEP 70.684-831 - DF

04024-00009458/2023-20

Doc. SEI/GDF 118558748