

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 12116.247000/1220-25
----------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE		
CNPJ 12.116.247/0001-57	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	
Endereço Completo SRTVN QUADRA 701 CONJUNTO D ASA NORTE	EA ESTADUAL	Tipo FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CEP 70.719-040	UF DF	Município BRASILIA

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 41690003 - R\$ 1.086.403,00 - PROFESSOR ISRAEL BATISTA

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)
Unidade Assistida não informada ou cadastrada.

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR HCB	CNES:	6876617
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
PÓLO REGIONAL			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
O HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR (HCB) É UMA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE (UNACON) QUE DENTRO DE SEU ESCOPO DE ATENDIMENTO POSSUI AS ESPECIALIDADES DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA, CUIDADOS PALIATIVOS, TRANSPLANTE DE MEDULA-ÓSSEA, CIRURGIA ONCOLÓGICA, REUMATOLOGIA E NEFROLOGIA. O PRESENTE PLANO DE TRABALHO TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR (HCB) É BRASÍLIA É DF. EM 2011 O HCB INAUGUROU SEU BLOCO AMBULATORIAL QUE JÁ CONTAVA, DESDE O INÍCIO, COM ATENDIMENTO MÉDICO E MULTIDISCIPLINAR, EM REGIME AMBULATORIAL, DESTINADO A PACIENTES PEDIÁTRICOS PORTADORES DE DOENÇAS COMPLEXAS DA INFÂNCIA. PARA QUE A ATENÇÃO À SAÚDE DESSES PACIENTES SE DESSE DE FORMA INTEGRAL, COM ACESSO AO DIAGNÓSTICO EM TEMPO ADEQUADO CONTAMOS COM SUPORTE DE ANÁLISES CLÍNICAS, LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, SERVIÇO DE BIOIMAGEM E LABORATÓRIO DE PROVAS FUNCIONAIS. NOS ÚLTIMOS 30 ANOS TEM SIDO OBSERVADO UM AUMENTO IMPORTANTE DA OCORRÊNCIA DE CÁLCULOS URINÁRIOS NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA. A AUSENCIA DE SERVIÇO DE ENDOUROLOGIA OU DE TRATAMENTO DA LITÍASE URINÁRIA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS, TORNA CRESCENTE A DEMANDA DE CRIANÇAS COM DOENÇAS QUE AGUARDAM POR ABORDAGEM TERAPÊUTICA. JÁ HÁ NO HCB AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO NO MANEJO DESTAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE LITÍASE URINÁRIA E QUE AGUARDAM POR UM TRATAMENTO ATRAVÉS DE TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS, SENDO A MAIORIA ATRAVÉS DA LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA (LECO). PORÉM, O HCB NÃO DISPÕE DE TERAPIA MINIMAMENTE INVASIVA PARA OFERECER A ESSES PACIENTES. ISTO SEM MENCIONAR EM DEMANDA DE PACIENTES DO ENTORNO DO DF E DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS QUE PODERÃO NECESSITAR DE TRATAMENTO NESTE CENTRO, EM REGIME DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD. A CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENDOUROLOGIA E TRATAMENTO DE LITÍASE URINÁRIA PEDIÁTRICAS, VISA A RESOLUÇÃO DESTA FALHA NO CUIDADO UROLÓGICA DA CRIANÇA. ESTE PROJETO OBJETIVA, PORTANTO, A AQUISIÇÃO DE PARTE DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA. A QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DOS SERVIÇOS POSSIBILITARÁ TAMBÉM O MELHORIA DO ATENDIMENTO JA PRESTADO PELO HCB.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
230310			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
3052546			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SIM			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR HCB			
Ambiente: Sala grande de cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível	1	364.248,00	364.248,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			

Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Video Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição (HD), que possua magnificação digital, Wide Screen e sistema de captura de imagens (através de pendrive, HD externo, cartão de memória ou computador). É desejável a possibilidade de captura de vídeos em alta definição e memória interna (H.D. - hard disk, interno). Com sistema de balanço de branco (White balance), ajuste de vermelho e azul independentes, sistema de realce de imagem e sistema de shutter manual ou automático. Deve ter dispositivo de congelamento de imagens (freeze scan). Deve possuir controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Saída de vídeo compatível com a imagem HD. Fonte de iluminação LED ou Xênon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon). Monitor de Vídeo: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 24 polegadas, com resolução de mínima de 1920 x 1080 pixels. Com ajuste de brilho e sistema de cor PAL / NTSC. Entrada de vídeo compatível com a processadora de imagens. Vídeo Gastrosκόpio flexível eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, de 90 a 120 graus para baixo no mínimo e de 100 a 120 graus no mínimo para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,8 (+/- 1mm), diâmetro distal de aproximadamente de 9,8 (+/- 1mm), e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 1.050mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Vídeo Colonoscópio flexível eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita., sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm), ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm) e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho de 1600 a 1700 mm no mínimo, comprimento total de 1990mm a 2010mm no mínimo. Acessórios que acompanham o sistema: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosκόpio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida	1	722.155,00	722.155,00
Especificação Técnica			
Conjunto de endoscópios rígidos com fonte de luz, camera e insuflador, para procedimentos urológicos. Composto por: 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, captura de imagem com tecnologia (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros. 01 Fonte de iluminação LED 175W (com iluminação equivalente a xênon 300 watts), com controle de intensidade luminosa, com no mínimo, 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlada através da cabeça da câmera. 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD, ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. 02 cabos de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. Acompanhado das oticas e instrumentais a seguir: 02 (dois) Telescópio (ótica) Neonatal 12cm para visão frontal reta 0º, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada. Diâmetro: 1,9mm, autoclavável. 01 (um) Telescópio (ótica) Neonatal 12cm para visão frontal- oblíqua 30º, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada. Diâmetro: 1,9mm, autoclavável. 02 (dois) Telescópio (ótica) Pediátrico 18cm para visão frontal reta 0º, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada. Diâmetro: 1,9/2.1mm, autoclavável. 02 (dois) Telescópio (ótica) Pediátrico 18cm para visão frontal- oblíqua 30º, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada. Diâmetro: 1,9/2.1mm, autoclavável. 02 (dois) Telescópio (ótica) Pediátrico 20 cm para visão frontal reta 0º, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada. Diâmetro: 1,2mm, autoclavável. 04 Pinça de Biópsia, mandíbulas com dupla ação, flexível, 3 a 4 Fr, comprimento entre 25 a 30 cm. 04 Pinça de Apreensão, mandíbulas com dupla ação, flexível, 3 a 4 Fr, comprimento entre 25 a 30 cm. 04 Eletrodo com ponta arredondada (Tipo Bugbee), 3 Fr, comprimento entre 50 e 60cm. 02 Eletrodo com ponta em agulha, 3 Fr, comprimento entre 50 e 60cm. 04 Cabo de conexão entre os eletrodos e a unidade eletrocirúrgica, com pino de conexão genérico de 4 mm e comprimento mínimo de 3 metros. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas Todos equipamentos com Alimentação elétrica 100-240V/60Hz 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2, com porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	2	1.086.403,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
2	1.086.403,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
042005	S.PUBLICO BRASILIA
ENDEREÇO	
SCN,QD.2,BLOCO A,SALA 602, ED.CORPORATE FINANCIAL CENTER SETOR COMERCIAL NORTE CEP:70.712-900	